



Научно-
производственное
предприятие

614067, Пермь, улица Марии Загуменных, 14А
+7 (342) 214-75-75 / info@tik.ru
tik.ru

Опросный лист заказа

Выберите необходимые параметры 
Оставьте контактную информацию

- ☐ Запрос предложения
☐ Покупка / Тендер
☒ Сущ. система (Сервис / ЗИП)

Контактное лицо, Ф.И.О.

Должность

Компания

Адрес

Телефон

Email:

Конечный заказчик

Подразделение / филиал

ИНН

КПП


ОГРН

Местоположение / площадка

Установка

Примечание

Преобразователь, тип: монитор



TIK-DSA1452

Корпус: пластиковый, на DIN-рейке, с индикацией

Количество входов: 1

Количество выходов: 2

Напряжение питания: от 12 до 24 В

Выход 1

Тип выходного сигнала: статический, активный токовый 4-20 мА

Выходная величина: зазор, в оценке среднего

Выход 2

Тип выходного сигнала: динамический, напряжение 0...+10В

Выходная величина: зазор / частотный выход

Выход 1

ЕЕ — Диапазон показаний выхода 1

код	зазор*, мм	Диапазон показания, мм				коэффициент преобразования мА/мм (по ISO)
		DS0	DS1	DS2	DS3	
☐ 10	0,15 - 2,15					
☐ 11	0,2 - 2,2	2	2	—	—	8
☒ 12	0,25 - 2,25					
☐ 13	0,25 - 2,3	2	2	—	—	7,87 (по API)
☐ 15	0,25 - 2,75	2,5	2,5	—	—	6,4 **
☐ 16	0,5 - 2,5	—	—	2	—	8
☐ 17	0,3 - 4,3	—	—	4	—	4 (~3,94 по API)
☐ 18	0,5 - 4,5	—	—	—	—	
☐ 19	0,5 - 5,5	—	—	—	5	3,2 **
☐ 20	5,5 - 9,5	—	—	—	4	4 (~3,94 по API)
☐ 21	1,0 - 9,0	—	—	—	8	2
☐ 22	0,75 - 12,75	—	—	—	12	1,33 **

* Начало и конец диапазона показания зазора зависят от целевой поверхности: материала вала (мишени), диаметра (типа) наконечника бесконтактного датчика, длины измерительной системы преобразователя и др. факторов, и могут отличаться от указанных в таблице. Приоритетно обеспечивается заказанный диапазон показаний.

** Возможность заказа данного исполнения уточняйте у своего менеджера.

FFF — Длина системы *

код метры

- ☒ 050 — 5,0
☐ 070 — 7,0
☐ 100 — 10,0

* Возможность заказа измерительной системы с другой длиной уточняйте у своего менеджера

G — Материал калибровки

сталь 40X, если не выбрана другая

- | | |
|---|---------------------------------|
| ☐ 38XM* | ☐ 12XH3A |
| ☒ 42XФА* | ☐ 12X18H10T |
| ☐ 35 | ☐ 18X2H4BA |
| ☐ 45 | ☐ 20X13 |
| ☐ 320 | ☐ 30X13 |
| ☐ Ст3пс | ☐ 38X2H2MA |
| ☐ 09Г2С | ☐ 40XH2MA |
| ☐ 07X16H4Д4Б | ☐ SD1.4501 |
| ☐ 08X18H10T | ☐ SM45C |
| ☐ 8XH3МФА | ☐ _____ |

* аналог AISI 4140 (42CrMo4 / 1.7225)



Возможна калибровка с другим материалом. Необходимо предоставить образец: диск диаметром не менее 70 мм, толщиной 20 мм.